


SFUsg 1001

Congélateur de laboratoire avec réfrigération statique

Performance

↑
82-88
↓



| | |
|--|--|
| Volume brut/utile | 91/68 l |
| Dimensions de niche en mm (L/P/H) | 600/580/820-880 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 424/386/520 |
| Consommation électrique en 365 jours | 123 kWh ¹ |
| Température ambiante | +10 °C à +30 °C |
| Dégagement de chaleur | 100 kJ/h |
| Réfrigérant | R 600a |
| Niveau sonore | 39 dB(A) |
| Fréquence / tension | 50/60 Hz / 220-240 V~ |
| Système de réfrigération | statique |
| Dégivrage | manuelle |
| Plage de température réglable | -9 °C à -30 °C |
| Stabilité de la température | -25 °C ±5 K ² |
| Matériau de l'habillage/couleur | acier / blanc |
| Matériau de la porte / couleur | acier / blanc |
| Matériau de la cuve intérieure | PS blanc |
| Régulation électronique | écran monochrome, boutons tactiles |
| Alarme de température | optique et sonore |
| Alarme de panne de courant | lorsque le courant revient |
| Contact sans potentiel | oui |
| Type de mise en réseau | SmartModule |
| Solution de mise en réseau | Installation ultérieure possible |
| Interface de connexion | WLAN/LAN (en option) |
| Eclairage intérieur | - |
| Type de clayettes | - |
| Surface de rangement utile en mm (L / P) | |
| Résistance tablettes de rangement | 15 kg |
| Charge totale maximale | 45 kg |
| Tiroirs | 3 |
| Poignée barre | poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture |
| Passage de capteurs | 1 x Ø 10 mm |
| Type de serrure | mécanique |
| Ouverture de porte | à droite, réversibles |
| Poids brut/net | 37/34,9 kg |
| EAN-Nr. | 9005382255056 |

¹ Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

² Gradient tel que défini dans EN 60068-3: la différence entre les moyennes des températures les plus chaudes et les plus froides mesurées, augmentées de leur incertitude élargie, tout au long de la durée des mesures.

³ Fluctuation max. selon EN 60068-3: la plus grande valeur de fluctuation déterminée tout au long de la durée des mesures.

Subject to modification. Timestamp: 02.02.2026

LIEBHERR

6 bis rue du Parc des Vergers - 91250 - TIGERY
Tél : 01.69.89.45.90 - Fax : 01.84.10.56.40
mail : info@ajplpharma.com
Site internet : www.ajplpharma.com
RCS Evry 482 023 231 000 53 SAS de capital de 200 000€