


# SFUfg 1001

Congélateur de laboratoire avec intérieur exempt de source d'inflammation

## Performance

↑  
82-88  
↓



Volume brut/utile	91/68 l
Dimensions de niche en mm (L/P/H)	600/580/820-880
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	424/386/520
Consommation électrique en 365 jours	123 kWh <sup>1</sup>
Température ambiante	+10 °C à +30 °C
Dégagement de chaleur	100 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	39 dB(A)
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	statique
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-9 °C à -30 °C
Stabilité de la température	-25 °C ±5 K <sup>2</sup>
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	lorsque le courant revient
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Eclairage intérieur	-
Type de clayettes	-
Surface de rangement utile en mm (L / P)	
Résistance tablettes de rangement	15 kg
Charge totale maximale	45 kg
Tiroirs	3
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	37,3/34,7 kg
EAN-Nr.	9005382260210

<sup>1</sup> Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

<sup>2</sup> Gradient tel que défini dans EN 60068-3: la différence entre les moyennes des températures les plus chaudes et les plus froides mesurées, augmentées de leur incertitude élargie, tout au long de la durée des mesures.

<sup>3</sup> Fluctuation max. selon EN 60068-3: la plus grande valeur de fluctuation déterminée tout au long de la durée des mesures.

Subject to modification. Timestamp: 02.02.2026

# LIEBHERR

6 bis rue du Parc des Vergers - 91250 - TIGERY  
Tél : 01.69.89.45.90 - Fax : 01.84.10.56.40  
mail : [info@ajplpharma.com](mailto:info@ajplpharma.com)  
Site internet : [www.ajplpharma.com](http://www.ajplpharma.com)  
RCS Evry 482 023 231 000 53 SAS de capital de 200 000€